

Cahier des charges pour le site du siège

* précision de ce qu'on attend à ce sujet par une explication dans l'annonce

** précision ce qu'on attend à ce sujet par une explication dans l'annonce

Type	Dénomination	Caractéristiques générales obligatoires	Caractéristiques particulières obligatoires		Unités nécessaires
			Transport/déplacement*	Capacité numérique**	

Matériel électronique de mesure	Appareil électro cardiogramme		X	X	1
	Spiromètre	Non calibrable Non décontaminable (utilisation avec embouts jetables)	X	X	1
	Tympanomètre	Non calibrable Non décontaminable (utilisation avec embouts jetables) Sans alimentation externe	X	X	1
	Oxymètre de pouls		X	X	1
	Audiomètre	Audiomètre en casque avec assistance vocale et tests automatiques (sans boîtier externe)	X	X	1
	Visiotest	L'appareil doit contenir un champs visuel Avec tests des couleurs type "Ishihara"	X	X	1
	Balance à impédancemétrie		X	X	1
	Lecteur d'analyse d'urine électronique et automatisé	Utilisation avec bandelettes standard Le lecteur doit assurer l'analyse de la bilirubine et de l'urobilinogène		X	1
	Analyseur sanguin portable	L'appareil doit permettre de mesure le taux de cholestérol total, HDL et tricycérides.			1

Equipement standard du cabinet médical	Poubelle mobile à pédale	Grande capacité (minimum 70L)			1
	Guéridon				1
	Support mural pour désinfectant liquide	1L minimum			1
	Distributeur de gobelets mural	Capacité d'environ 60 gobelets (standard)			1
Consommables	Bandelettes d'analyses sanguines	3 mesures : - Cholestérol total - HDL - Triglycérides			100
	Mini pipettes + vide pipettes pour analyseur sanguin				100
	Papier autocollant imprimable pour analyse d'urine	Doit être compatible avec l'imprimante de l'appareil d'analyse d'urine			100
	Papier autocollant imprimable pour tympanomètre	Doit être compatible avec l'imprimante du tympanomètre			100
	Electrodes ECG				50
	Capteurs jetables pour spiromètre				50
	Embouts auriculaires jetables pour Tympanomètre				50